MicroSTOP™

DECLARATION OF CONFIRMITY

Pouches (kraft bags) **TM MICROSTOP** for packaging, sealing, sterilization of medical, dental and cosmetic instrument.

Professional sterilization pouches with an indicator of 4 class are suitable for use in both autoclave (steam) and dry heat sterilization processes.

Manufactured in accordance with - EN ISO 11607-1:2017, IDT; ISO11607-1:2006, including Amd 1:2014, IDT

Country of manufacture:

"Microstop" LLC, 02154, Ukraine, Kyiv, str. Shamo Ihorya, 4, k. 386; IBAN code 48262740;

Production address: 04205, Ukraine, Kyiv, Zroshuvalna str., building 5

Application and implementation:

industrial and food enterprises, wholesale and retail trade

Expiry date: 3 years from date of producing guaranteed by the manufacturer.

Director of Microstop LLC Sagan Bohdan

Україна
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МІКРОСТОП»
Ідентифікаційний код 42862740
місто Київ

MicroSTOP™

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Maišeliai (specialūs) **TM MICROSTOP**, skirti pakuoti, užsandarinti, sterilizuoti medicinos, odontologijos, kosmetologijos instrumentus.

Profesionalios paskirties sterilizavimo maišeliai su indikatoriais (4 klasė), tinkami naudoti autoklavuose (garo), sauso karščio sterilizatoriuose.

Pagaminta, laikantis EN ISO 11607-1:2017, IDT; ISO11607-1:2006, įskaitant Amd 1:2014, IDT

Gamintojo šalis:

„Microstop, LLC“, Ukraina, Kyivas, 02154, str. Shamo Ihorya, 4, k. 386; IBAN kodas 48262740;

Gamyklos adresas: Ukraina, Kyivas, 04205, Zroshuvalna str., building 5

Paskirtis ir panaudojimas:

Pramonės ir maisto įmonės, didmeninė ir mažmeninė prekyba

Galiojimo terminas: 3 metus nuo pagaminimo datos – gamintojo garantija.

RAB „Microstop“ direktorius Sagan Bohdan

Україна
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОСТОП»
Ідентифікаційний код 42862740
місто Київ

LIETUVOS RESPUBLIKA * RESPUBLIC OF LITHUANIA
UAB „Vertimų karaliai“
I. k. 304255745
Certified translation company

Vertimų karaliai, UAB
Įmonės kodas: 304255745
PVM mok. kodas: LT100010530314
Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius
www.vertimukaraliai.lt
info@vertimukaraliai.lt
Tel. +370 (630) 09 360

VERTIMO SERTIFIKATAS

SERTIFIKATO NR. 44269

2025-09-29

Mes, „Vertimų karaliai“ UAB, įmonės kodas 304255745, patvirtiname, kad atliktas vertimas yra tikslus ir atitinka vertimui pateiktą originalą. Vertimą atliko mūsų vertėjas profesionalas, kuris dirba mūsų įmonėje pagal darbo sutartį Nr. 1 ir yra kompetetingas versti toliau nurodytą kalbų kombinaciją.

Vertimas iš:	anglų k. į lietuvių k.
Vertėjas:	Evelina Venckutė
Tel. numeris:	+370 (630) 09 360
Adresas:	Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius

Parašas

Autentiškumo patikrinimui

MicroSTOP

DECLARATION OF CONFORMITY

No. 1 version 1

MANUFACTURER: LIMITED LIABILITY COMPANY "MICROSTOP",

Ukraine, 02099, Kyiv, str. Zroshuvalna, building 5, floor I, let. "X",
phone: +380672169938,
e-mail: mail@microstop.com.ua

PRODUCT: **I N D I C A T O R S Microstop™**

CLASSIFICATION: IV class

COMPLIANCE PROCEDURE: MDD 93/42 - Technical regulation on medical devices, approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 02.10.2013 No. 753 (applied procedure according to Appendix 8)

MIKROSTOP LLC*, declares the compliance of the specified medical devices with the requirements of the MDD 93/42 - Technical Regulation on medical devices, approved by the Resolution of the KMU No. 753 dated 02.10.2013 (the conformity assessment procedure was carried out according to Appendix No. 8), Class I (non-sterile, without measurement function).*

Technical documentation for the medical product is developed and implemented.
The declaration is made under the full responsibility of the manufacturer. The manufacturer is responsible for the accuracy of the information provided.

An integral part of this declaration is Appendix No. 1 with a list of medical devices and Appendix No. 2 with a list of national, European and international legal acts and standards

Place: *Ukraine, 02099, city of Kyiv, st. Zroshuvalna, building 5, floor I, let. "X"*

Date October 11, 2026

Valid until October 11, 2028

Signature

Director
LLC "MICROSTOP" Bohdan SAGAN

Appendix No. 1
to DECLARATION OF CONFORMITY No. 1 version 1

"Indicators Microstop™"

No	The name of the medical product
1.	Indicator Microstop™ 120/45
2.	Indicator Microstop™ 121/20
3.	Indicator Microstop™ 132/20
4.	Indicator Microstop™ 160/150
5.	Indicator Microstop™ 180/60

Appendix No. 2
to DECLARATION OF CONFORMITY No. 1 version 1

List of standards.

No	Marking	Name
1.	EN ISO 13485:2016	Medical products. Quality management system. Regulatory requirements
2.	EN ISO 14971:2012, IDT	Medical products. Guidelines for risk management
3.	ISO 15223-1:2012, IDT	Medical equipment. Conventional signs on the labels of medical equipment, marking and mandatory information. Part 1. General requirements
4.	EN 62366:2008, IDT	Medical products. Application of ergonomic design of medical products

Bohdan SAGAN, director of MICROSTOP LLC

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Nr. 1, 1-oji versija

GAMINTOJAS: RIBOTOS ATSAKOMYBĖS BENDROVĖ „MICROSTOP“,

Ukraina, 02099, Kijevas, Zrošuvalna g. 5, I aukštas, korpusas „X“, tel. +380672169938, el. p. mail@microstop.com.ua

GAMINYS: **INDIKATORIAI „Microstop™“**

KLASIFIKACIJA: IV klasė

Atitikties įvertinimo procedūra: MDD 93/42 – techninis reglamentas dėl medicinos prietaisų, patvirtintas Ukrainos Ministrų Kabineto 2013 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 753 (taikoma procedūra pagal 8 priedą)

„MIKROSTOP LLC“, patvirtina nurodytų medicinos produktų atitiktį Direktyvos 93/42/EEB (MPD) – Techninio reglamento dėl medicinos priemonių, patvirtinto Ukrainos Ministrų Kabineto 2013 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 753, – reikalavimams (atitikties įvertinimo procedūra atlikta pagal 8 priedą); I klasė (nesterilios priemonės, be matavimo funkcijos).

Medicinos priemonės techniniai dokumentai yra parengti ir taikomi. Deklaracija teikiama prisiimant visą gamintojo atsakomybę. Gamintojas atsako už pateiktos informacijos tikslumą.

Neatsiejama šios deklaracijos dalis yra 1 priedas su medicinos priemonių sąrašu ir 2 priedas su nacionalinių, Europos ir tarptautinių teisės aktų bei standartų sąrašu.

Vieta: Ukraina, 02099, Kyjivo miestas, Zrošuvalna g. 5, I aukštas, korpusas „X“

Data: 2026 m. spalio 11 d.

Galioja iki 2028 m. spalio 11 d. /Spaudas/ /parašas/

Parašas

Direktorius
RIBOTOS ATSAKOMYBĖS BENDROVĖ „MICROSTOP“ Bohdan SAGAN

LIETUVOS RESPUBLIKA * RESPUBLIC OF LITHUANIA *
UAB
„Vertimų karaliai“
I. k. 304255745
Certified translation company

1-asis priedas prie ATITIKTIES DEKLARACIJOS Nr. 1 (1-oji versija)

„Microstop™“ indikatoriai

Nr.	Medicininio gaminio pavadinimas
1.	Indikatorius „Microstop™ 120/45“
2.	Indikatorius „Microstop™“ 121/20
3.	Indikatorius „Microstop™ 132/20“
4.	Indikatorius „Microstop™“ 160/150
5.	Indikatorius „Microstop™ 180/60“

/Spaudas: „MIKROSTOP“, [neįskaitoma]/ /parašas/

ATITIKTIES DEKLARACIJOS Nr. 1 (1-oji versija) 2 priedas

Standartų sąrašas.

Nr.	Žymėjimas	Pavadinimas
1.	EN ISO 13485:2016	Medicinos produktai. Kokybės vadybos sistema. Reguliavimo reikalavimai
2.	EN ISO 14971:2012, IDT	Medicinos produktai. Rizikos valdymo gairės
3.	ISO 15223-1:2012, IDT	Medicinos įranga. Medicinos įrangos etikečių sutartiniai ženklai, ženklinimas ir privalomoji informacija. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai
4.	EN 62366:2008, IDT	Medicinos produktai. Medicinos produktų ergonominio projektavimo taikymas

/Spaudas: „MIKROSTOP“, [neįskaitoma]/ /parašas/

Bohdan SAGAN, „MICROSTOP LLC“ direktorius

LIETUVOS RESPUBLIKA * REPUBLIC OF LITHUANIA *
UAB
„Vertimų karaliai“
J. k. 304255745
Certified translation company

VERTIMŲ KARALIAI

Autentiškumo patikrinimui

ATA MEMBER
#276195

VERTIMO

SERTIFIKATAS

SERTIFIKATO NR. CERT-874799

2026-10-13

Mes, „Vertimų karaliai“ UAB, įmonės kodas 304255745, patvirtiname, kad atliktas vertimas yra tikslus ir atitinka vertimui pateiktą originalą. Vertimą atliko mūsų vertėjas profesionalas, kuris dirba mūsų įmonėje pagal darbo sutartį Nr. 1 ir yra kompetetingas versti toliau nurodytą kalbų kombinaciją.

Vertimas iš	anglų k. į lietuvių k.
Vertėjas	Silvija Vaitoškė
Tel. numeris	+370 (630) 09 360
Adresas	Konstitucijos pr. 7, Vilnius

Parašas

LIETUVOS RESPUBLIKA * RESPUBLIC OF LITHUANIA *
UAB
„Vertimų karaliai“
I. k. 304255745
Certified translation company

/antspaudas: LLC „Microstop“/

TVIRTINU
Bohdan SAGAN
2024 m. kovo 4 d.
RIBOTOS ATSAKOMYBĖS
BENDROVĖ
Ident. kodas 42862740

VIENKARTINIŲ STERILIZAVIMO VOKŲ-MAIŠELIŲ SU IŠORINIU BEI VIDINIU INDIKATORIAIS "MICROCTOP"
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. BENDRA INFORMACIJA

Vienkartiniai popieriniai sterilizacijos vokai "Microstop" yra skirti sterilizuoti garais ar karštu oru (toliau – vokai), gaminami pagal UVST EN ISO 11607-1:2019 standartą ir naudojami sterilizuojamiems kirpyklų, kosmetologijos ir manikiūro įrankiams pakuoti, siekiant užtikrinti jų sterilumą po sterilizavimo laikymo ir transportavimo metu, kol bus panaudoti pagal paskirtį.

Vokai atitinka Europos standarto EN ISO 11607-1:2017, IDT; ISO 11607-1:2006 reikalavimus sterilizavimo pakavimo medžiagoms. Vokai yra stačiakampio formos su dviem klijuotomis šoninėmis ir apatinėmis siūlėmis. Išsikišusioje pakuotės pusės dalyje yra lipnus sluoksnis, apsaugotas anti-lipniu popieriumi. Priekinėje pakuotės pusėje yra 1-osios klasės cheminis indikatorius, leidžiantis atskirti sterilizuotus maišus nuo tų, kurie nebuvo paveikti. Vidiniai IV-os klasės indikatoriais užtikrina, kad būtų laikomasi sterilizavimo parametrų ir būtų pasiektos sąlygos, pakankamos patikimam produktų sterilizavimui. Sterilizacijos metu vizualiai atskiriamas spalvos pokytis.

2. PAKUOČIŲ PRITAIKYMAS

2.1 Prieš naudojimą vokai tikrinami, tikrinant jų vientisumą ir galiojimo laiką pagal ženklinimą.
NELEIDŽIAMA NAUDOTI PAŽEISTŲ IR PASIBUGUSIO GALIOJIMO LAIKO PAKUOČIŲ!

2.2 Voko dydis parenkamas atsižvelgiant į sterilizuojamo instrumento prietaiso matmenis. Siekiant išvengti plyšimo sterilizavimo proceso metu, vokai neturėtų būti užpildyti daugiau kaip 3/4 pakuotės tūrio ar ilgio.

2.3 Instrumentai į vokus dedami su darbinėmis dalimis į uždarą pakuotės pusę.

Siekiant išvengti vokų pažeidimo įrankiais, galima naudoti šiuos metodus: pakuoti produktus nuosekliai į du maišus arba apvynioti tokių gaminių darbines dalis švaria marle arba popierinėmis servetėlėmis.

2.4 Pakuotės kuri užpildyta instrumentais naudojimosi instrukcija:

Į pakuotę sudėkite atvirus instrumentus.
Užklijuokite pakuotes lipnia juosta.
Priklijuokite kontrolinį indikatorių (rodyklę) arba naudokite gamintojo pateiktą indikatorių.
Nedėkite instrumentų aštriomis dalimis žemyn.
Prieš naudojimą pasirašykite ant pakuotės ir įrašykite duomenis į sterilizacijos proceso kontrolės knygą.

2.5 Vokai su supakuotais instrumentais bei vidiniais indikatoriais dedami į sterilizavimo įrangą.

2.6 Į vokus supakuotų instrumentų sterilizavimas atliekamas sterilizatoriuose, leidžiamuose pagal nustatytą naudojimo ES tvarką, laikantis sterilizatorių naudojimo instrukcijų reikalavimų ir sterilizavimo kameros pakrovimo taisyklių. Paketus sterilizuokite 180 ° C - 60 minučių.

PASTABA. STERILIZAVIMAS KARŠTAME ORE TURĖTŲ BŪTI ATLIEKAMAS NE AUKŠTESNĖJE KAIP 183 ° C TEMPERATŪROJE!

2.7 Vokai su instrumentais, kurie lieka drėgni po sterilizavimo garuose, džiovinami iškart po sterilizavimo atviroje sterilizatoriaus kameroje, džiovinimo krosnyje arba oro sterilizatoriuje ne aukštesnėje kaip 80 ° C temperatūroje.

2.8 Sterilizuotų instrumentų tinkamumo laikas vokuose yra 50 dienų.

DĖMESYS! PAKUOTĖS SKIRTOS VIENKARTINIAM NAUDOJIMUI !!!

2.9 Draudžiama naudoti produktus iš pakuočių, jei:
− sterilizuotų instrumentų tinkamumo laikas yra pasibaigęs arba nėra informacijos apie sterilizavimo datą;
− pažeidžiamas pakuotės vientisumas;
− cheminis vidinis indikatorius nepakeitė savo spalvos;
− Pakuotė yra drėgna.

2.10 Nesant pažeidimų, pakuotė atidaroma žirklėmis vožtuvo šone, laikantis aseptikos priemonių. Produktai yra išdėstyti ant sterilaus stalo arba nedelsiant naudojami pagal paskirtį.
2.11 Naudoti vokai turi būti šalinami kaip buitinės atliekos.

1


pr.2 pr.


3 pr.


4 pr.

Ant transportavimo pakuotės nurodomas pakuočių skaičius, partijos numeris, galiojimo laikas. Vokai turi būti laikomi gamintojo pakuotėje šildomoje patalpoje 5 °C-40 ° C temperatūroje ir ne didesnėje kaip 80% santykinėje drėgmėje, apsaugotoje nuo saulės spindulių. Apsaugokite vidinius indikatorius nuo drėgmės ir saulės spindulių.

Tinkamumo laikas 36 mėnesiai nuo pagaminimo datos, atsižvelgiant į produkto laikymo sąlygas.

INSTRUKCIJA NAUDOJANT STERILIZACIJOS MAIŠELIUS

	Atidarykite sterilizacijos maišelį ir atsargiai įdėkite įrankius į vidų.		Užklijuokite sterilizacijos maišelį sandariai lipnia juosta.
	Sterilizacijos maišelis paruoštas naudoti!		Nedėkite įrankio į sterilizaciją maišelį aštriais galais žemyn.
	Priklijuokite sterilizacijos kontrolės indikatorių į specialią vietą ant sterilizacijos maišelio.		

STERILIZACIJOS REŽIMAI

180°C	**60 min**	Įrankių galiojimo laikas sandariame sterilizacijos maišelyje – 50 dienų.
160 °C	**150 min**	

MicroSTOP

CERTIFICATE No 101-24

OF CONFORMITY

We hereby certify, that the company

LLC"MICROSTOP"

CE

Address: str. Zroshuvalna, building 5, floor I, let. "X"
02099, Kyiv, Ukraine

Has registered Declaration of conformity
according to

The Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 6. April 2017 on medical devices
Technical Regulation on medical devices, approved by the Resolution of the KMU No. 753 dated 02.10.2013

In below scope:

**Medical packaging materials Microstop™
for sterilization and storage of medical products
(list according to Annex 1)**

CLASSIFICATION: I class

The organization has been assessed found to be conforming with the requirements of the stated directive and standard submitted Declaration of conformity

Place: *Ukraine, 02099, city of Kyiv, st. Zroshuvalna, building 5, floor I, let. "X"*

Date March 4, 2024

Valid until March 4, 2029

Signature

Director
LLC "MICROSTOP"

Bohdan SAGAN

Сканировано с CamScanner

1 priedas

Microstop™ medicininės pakavimo medžiagos medicinos prietaisams sterilizuoti ir laikyti

Nr.	Medicinos produkto pavadinimas lietuvių kalba
1.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai 60 mm x 110 mm
2.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai 90 mm x 230 mm
3.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai 140 mm x 250 mm
4.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai 57 mm x 130 mm
5.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai 70 mm x 260 mm
6.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai 90 mm x 165 mm
7.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai 90 mm x 260 mm
8.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai 135 mm x 290 mm
9.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai 190 mm x 360 mm
10.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai 260 mm x 380 mm
11.	Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 50 mm x 200 m
12.	Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 75 mm x 200 m
13.	Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 100 mm x 200 m
14.	Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 150 mm x 200 m
15.	Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 200 mm x 200 m
16.	Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 250 mm x 200 m
17.	Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 300 mm x 200 m
18.	Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 350 mm x 200 m
19.	Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 400 mm x 200 m
20.	Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 450 mm x 200 m
21.	Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 500 mm x 100 m
22.	Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 50 mm x 100 m
23.	Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 75 mm x 100 m
24.	Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 100 mm x 100 m
25.	Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 150 mm x 100 m

26.	Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 200 mm x 100 m
27.	Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 75 mm x 100 m
28.	Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 100 mm x 100 m
29.	Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 150 mm x 100 m
30.	Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 200 mm x 100 m
31.	Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 250 mm x 100 m
32.	Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 300 mm x 100 m
33.	Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 350 mm x 100 m
34.	Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 400 mm x 100 m
35.	Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 75 mm x 25 mm x 100 m
36.	Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 100 mm x 50 mm x 100 m
37.	Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 150 mm x 50 mm x 100 m
38.	Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 200 mm x 55 mm x 100 m
39.	Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 250 mm x 65 mm x 100 m
40.	Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 300 mm x 80 mm x 100 m
41.	Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 400 mm x 80 mm x 100 m
42.	Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 50 mm x 200 mm
43.	Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 60 mm x 150 mm
44.	Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 90 mm x 180 mm
45.	Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 90 mm x 250 mm
46.	Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 90 mm x 300 mm
47	Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 100 mm x 200 mm

Director of MICROSTOP LLC Bogdan Sagan

Stamp of MICROSTOP LLC and Director's signature

48.	Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 130 mm x 250 mm
49.	Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 130 mm x 270 mm
50.	Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 140 mm x 280 mm
51.	Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 150 mm x 250 mm
52.	Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 150 mm x 300 mm
53.	Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 200 mm x 300 mm

54.	Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 200 mm x 350 mm
55.	Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 200 mm x 360 mm
56.	Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 200 mm x 390 mm
57.	Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 250 mm x 300 mm
58.	Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 250 mm x 360 mm
59.	Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 300 mm x 360 mm
60.	Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 300 mm x 390 mm
61.	Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 300 mm x 450 mm
62.	Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 360 mm x 390 mm
63.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 50 mm x 200 mm
64.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 50 mm x 170 mm
65.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 75 mm x 150 mm
66.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 90 mm x 230 mm
67.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 100 mm x 200 mm
68.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 100 mm x 250 mm
69.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 100 mm x 320 mm
70.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 115 mm x 200 mm
71.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 115 mm x 245 mm
72.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 150 mm x 200 mm
73.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 150 mm x 250 mm
74.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 150 mm x 280 mm
75.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 150 mm x 300 mm
76.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 200 mm x 280 mm

77.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 200 mm x 300 mm
78.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 200 mm x 330 mm
79.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 230 mm x 280 mm
80.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 250 mm x 320 mm
81.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 270 mm x 350 mm
82.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 300 mm x 390 mm
83.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 300 mm x

	450 mm
84.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 350 mm x 500 mm

MICROSTOP LLC direktorius Bogdan Sagan

MICROSTOP LLC antspaudas ir direktoriaus parašas

85.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 50 mm x 200 mm
86.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 50 mm x 170 mm
87.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 75 mm x 150 mm
88.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 90 mm x 230 mm
89.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 100 mm x 200 mm
90.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 100 mm x 250 mm
91.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 100 mm x 320 mm
92.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 115 mm x 200 mm
93.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 115 mm x 245 mm
94.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus

	popieriaus 150 mm x 200 mm
95.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 150 mm x 250 mm
96.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 150 mm x 280 mm
97.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 150 mm x 300 mm
98.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 150 mm x 300 mm
99.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 200 mm x 300 mm
100.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 200 mm x 330 mm
101.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 230 mm x 280 mm
102.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 250 mm x 320 mm
103.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 270 mm x 350 mm
104.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 300 mm x 390 mm
105.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 300 mm x 450 mm
106.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 300 mm x 450 mm
107.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 400 mm x 500 mm
108.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 60 mm x 100 mm
109.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 100 mm x 200 mm
110.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 75 mm x 150 mm
111.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 50 mm x 200 mm
112.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 100 mm x 250 mm

113.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės indikatoriumi

	150 mm x 200 mm

MICROSTOP LLC direktorius Bogdan Sagan

MICROSTOP LLC antspaudas ir direktoriaus parašas

114.	Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 150 mm x 250 mm
115.	Microstop™ Eco sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rudo popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 60 mm x 100 mm
116.	Microstop™ Eco sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rudo popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 100 mm x 200 mm
117.	Microstop™ Eco sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rudo popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 75 mm x 150 mm
118.	Microstop™ Eco sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rudo popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 50 mm x 200 mm
119.	Microstop™ Eco sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rudo popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 100 mm x 250 mm
120.	Microstop™ Eco sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rudo popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 150 mm x 200 mm
121.	Microstop™ Eco sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rudo popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 150 mm x 250 mm
122.	Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 60 mm x 100 mm
123.	Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 100 mm x 200 mm
124.	Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 75 mm x 150 mm
125.	Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 50 mm x 200 mm
126.	Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 100 mm x 250 mm
127.	Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 150 mm x 200 mm
128.	Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 150 mm x 250 mm
129.	Microstop™ PRO sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės lipnumo indikatoriumi 100/200 mm 60 mm x 100 mm
130.	Microstop™ PRO sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės lipnumo indikatoriumi 100/200 mm 100 mm x 200 mm
131.	Microstop™ PRO sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės lipnumo indikatoriumi 100/200 mm 75 mm x 150 mm

132.	Microstop™ PRO sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės lipnumo indikatoriumi 100/200 mm 50 mm x 200 mm
133.	Microstop™ PRO sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės lipnumo indikatoriumi 100/200 mm 100 mm x 250 mm
134.	Microstop™ PRO sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės lipnumo indikatoriumi 100/200 mm 150 mm x 200 mm
135.	Microstop™ PRO sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės lipnumo indikatoriumi 100/200 mm 150 mm x 250 mm
136.	Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės lipnumo indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 60 mm x 100 mm
137.	Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės lipnumo indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 100 mm x 200 mm
138.	Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės lipnumo indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 75 mm x 150 mm
139.	Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės lipnumo indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 50 mm x 200 mm

MICROSTOP LLC direktorius Bogdan Sagan

MICROSTOP LLC antspaudas ir direktoriaus parašas

140.	Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės lipnumo indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 100 mm x 250 mm
141.	Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės lipnumo indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 150 mm x 200 mm
142.	Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės lipnumo indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 150 mm x 250 mm
143.	Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su dvigubais 4 klasės indikatoriais (PET plėvelė / popierius) 60 mm x 100 mm
144.	Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su dvigubais 4 klasės indikatoriais (PET plėvelė / popierius) 100 mm x 200 mm
145.	Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su dvigubais 4 klasės indikatoriais (PET plėvelė / popierius) 75 mm x 150 mm
146.	Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su dvigubais 4 klasės indikatoriais (PET plėvelė / popierius) 50 mm x 200 mm
147.	Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su dvigubais 4 klasės indikatoriais (PET plėvelė / popierius) 100 mm x 250 mm
148.	Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su dvigubais 4 klasės indikatoriais (PET plėvelė / popierius) 150 mm x 200 mm
149.	Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su dvigubais 4 klasės indikatoriais (PET plėvelė / popierius) 150 mm x 250 mm

Nacionalinių, Europos ir tarptautinių norminių teisės aktų ir standartų sąrašas

Nr.	Standartas	Pavadinimas
1.	DSTU EN 60601-1:2018	Medicininė elektros įranga. 1 dalis. Bendrieji pagrindinės saugos ir esminių eksploatacinių savybių reikalavimai. (EN 60601-1:2006, IDT)
2.	DSTU EN 60601-1-2:2017	Medicininė elektros įranga. 1-2 dalys. Bendrieji pagrindinės saugos ir esminių eksploatacinių savybių reikalavimai. Papildomas standartas. Elektromagnetinis suderinamumas. Reikalavimai ir bandymai. (EN 60601-1-2:2015, IDT)
3.	DSTU EN 980:2007 EN (980:2003) IDT	Grafiniai simboliai, naudojami ženklinant medicinos priemones
4.	DSTU EN ISO 13485:2018 (EN ISO 13485:2016)	Medicinos priemonės - Kokybės vadybos sistemos - Reglamentavimo reikalavimai
5.	DSTU EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT)	Medicinos priemonės - Rizikos valdymo priemonių taikymas
6.	DSTU 15223-1:215 (ISO 15223-1:2012, IDT)	Simboliai, naudojami medicinos priemonių etiketėse, ženklinime ir pateiktinoje informacijoje - 1 dalis: Bendrieji reikalavimai
7.	DSTU EN 62366:2015 (EN 62366:2008, IDT)	Medicinos priemonės. Naudojamumo inžinerijos taikymas medicinos priemonėms